matopat

Fixopore S

Symbols used on the packaging / Kennzeichnung auf der Verpackung / Symboles sur l'emballage / Símboli utilizzati sulla confezione / Símbolos en la etiqueta / Símbolos usados na embalagem / Símbolos utilizados en el empaque / Jelölések a csomagoláson / Symboly použité na obalu / Symbolid on pakendil / Pakuotės simboliai / Apzīmējumi uz iepakojuma / Pakendi märgistus / Oznake na pakovanju / Symbole użyte na opakowaniu	
LOT	Batch code / Chargenbezeichnung / Code de lot / Codice di lotto / Partijnummer / Código de lote / Código de lote / LOT-koodi / Kód šarže / Kodid partii / Numeris / Partijos kodas / Partijas kods / Partijos kodas / Kód výrobnej šarže / Kod partii
LATEX	Contains or presence of natural rubber latex / Enthält Naturkautschuk oder Latex / Contient du latex de caoutchouc naturel ou présence de latex de caoutchouc naturel / Contiene o presenza di lattice di gomma naturale / Incluye o presencia de látex de caucho natural / Contém ou presença de látex de borracha natural / Contenuto o presenza di lattice di caucho naturale / Tartalmaz vagy természetes kaucsuk latexet tartalmaz / Obsah nebo přítomnost latexu z přírodního kaučuku / Sisaldab või on looduslikku kautšuki lateksi / Sisältää luonnonkumilateksia / Zawiera lateks kauczuku naturalnego
STERILE R	Sterile, Sterilised using irradiation / Steril, Sterilisation durch Bestrahlung / Stérile, Stérilisation par rayonnements / Sterili, Sterilizzato mediante irradiazione / Estéril, Esterilizado mediante radiación / Estéril, Esterilizado por irradiação / Steril, Sterilizzato mediante irradiazione / Steril, Sterilizované radiací / Steriilne, Steriliseeritud kiirgusega / Sterilu, Sterilizēts ar starojumu / Sterilus, Sterilizuotas spinduliuote / Sterilna, Sterilizirano zračenjem / Produs steril, Sterilizat prin iradiere / Sterilní, Sterilizováno ozářením / Sterylne, Wysterylizowane przez napromienianie / Стерильно, Стерилизовано облучением / Sterilné, Sterilizované ožiarením / Sterilno, Sterilizirano obsevanjem / Sterilan, Sterilisan iradijacijom / Sterilt, Sterilisert ved bestråling / Sterilt, Steriliserat med strålning / Steriloitu säteilyttämällä / Sterilizēts ar starojumu / Sterilizuota spinduliuote / Sterilizirano zračenjem / Sterilizat prin iradiere / Sterilizované ožiarením / Sterilizirano z obsevanjem / Sterilizovaný zářením / Sterilizowane przez napromienianie / Стерилизовано облучением / Sterilizované ožiarením / Sterilizirano z obsevanjem / Sterilizovaný zářením / Sterylizowane przez napromienianie
	Manufactured by / Hersteller / Fabriqué par / Fabbricato da / Fabricado por / Fabricado por / Fabricado por / Gyártó / Vyrobeno / Tootja / Valmistaja / Ražotājs / Gamintojas / Proizvajalec / Producător / Výrobce / Producător / Gyártási hely / Tootmiskoht / Ražotājvalsts / Gamybos vieta / Proizvodno mjesto / Locul de producție / Místo výroby / Miejsce produkcji / Производитель / Miesto výroby / Proizvodno mesto / Tillverkad av / Valmistaja
	Use by / Verwendbar bis / A utiliser avant le / Da utilizzare entro il / Fecha límite de uso / Prazo de validade / Da usare entro il / Spotřebujte do / Kasutada kuni / Derīguma termiņš / Naudokite iki / Datum isteka / Rok použitia / Uporabno do / Utgångsdatum / Käytä viimeistään / Izlietot līdz / Naudoti iki / Rok trajanja / Dátum spotreby / Förbrukas senast / Viimeinen käyttöpäivä

CZ

Fixopore S
Kryt z netkané textilie s absorpčním jádrem, sterilní

Fixopore S
Oční krytí z netkané textilie s absorpčním jádrem, sterilní

POPIS
Fixopore S je absorpční, sterilní, pooperační kryt typu nápasti s polštářkem s nízkou přilnavostí k povrchu rány.
Nápasť se skládá z:
1. absorpčního jádra pokrytého polyetylenovou, lidí s mikroperforací,
2. elastické polyesterové netkané mechanicky spojité textilní nápasti,
3. ochranného papíru.

PŮSOBENÍ
Obvázový materiál absorbuje a pohlcuje sekrety. Vnitřní přilnavost k ráně je hladká a nepoškozuje ji jejímu přírůstu k povrchu rány nebo stehu. Použití krytí je hypoalergenní. Po odstranění nezanechává na kůži pacienta žádné stopy. Krytí se tvarově přizpůsobí drobnému obličeji dostupných částem těla. Neomezuje pohyb pacienta.

INDIKACE
Fixopore S slouží k ošetřování pooperačních ran a jiných menších ran, poraněné a odřenin, u nichž je minimální riziko infekce. Je vhodný pro rány vyvolané malé nebo střední mechanické síly nýtovačku.

POUŽITÍ:
1. Je třeba zvolit správnou velikost, tedy vybrat kryt, jehož absorpční jádro plně pokrývá ránu a samotnější okraje budou přiléhat ke zdravé pokožce. S ohledem na jeho konstrukci se nedoporučuje jej stříhat.
2. Před přilepením krytí je třeba odstranit z exudátu okolní pokožku. K tomuto účelu se použije prostředek, který určí lékař.
3. Vyjměte krytí z obalu, odstraňte ochranný papír a umístěte na střed rány, umístěte lepicí plochu. Krytí při umístění na ránu nenapínejte.
4. Pokud je třeba ke snížení exudátu použít absorpčního jádra nápasť.
5. Nápasť použijte ke krytí po uvolnění obalu.
6. Ak weist medizinisch nas, nápasť by na místě mělo být nejméně jednou za 48 hodin. Častější přezvaly mohou být nutné v případě chybějící vstřebání absorpční kapacity, ulpění nebo narušení krytí.
7. Jako u všech produktů obsahujících lepidlo je třeba postupovat výjimečně jemně při jejich odstraňování u pacientů se velkým citlivou pokožkou.
8. V případě zarudnutí, podráždění nebo jiných známek přecitlivělosti je třeba okamžitě přestat používání a konzultovat lékaře.

KONTRAINDIKACE
1. Nevztahuje se na osoby s přecitlivělostí na některou ze složek krytí: polyester, viskózová netkaná, polyvlákno nebo lepidlo.
2. Informace o přítomném latexu – v případě krytí o rozměrech 5 x 7,2cm a 6,5 x 9,5cm, je také obsažen v jednotlivém balení (sáčku), u ostatních velkostje krytí (a/or balení bez obalu) u části (mohou obsahovat stopové množství).
4. Určí do 3 let použít nad zvláštní kontrolou.

Výrobek na jedno použití. Sterilní. Sterilizováno radiačně. Opakované použití výrobku je nežádoucí – je spojeno s velmi velkým rizikem infekce pacienta. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti. Znovu nesterilizovat. Chraňte před vlhkostí. Chraňte před slunečním svitem. Uchovávejte na místě bez ostrých hran, v podmínkách zajišťujících ochranu před mechanickým poškozením a chemickým znečištěním.

Datum poslední revize: 01.2022

SK

Fixopore S
Nálasť z netkanej textílie s absorpčným vankúšikom, sterilná

Fixopore S
Sterilný očný obväz na líčko z netkanej textílie s absorbčným vankúšikom

POPIS
Fixopore S je absorpčná, sterilná, pooperačná nápasť s absorpčným vankúšikom, s nízkym stupňom adhézie na povrch rany.
Nápasť sa skladá z:
1. absorpčného jadra pokrytého polyetylénovou fóliou s mikroperforáciou,
2. elastickej polyesterovej netkanej mechanicky spojitej textílie,
3. ochranného papiera.

PÔSOBENIE
Obväzový materiál absorbuje a pohlcuje sekréty. Vnútorná priľnavosť k rane je hladká a nespôsobuje jej rast na povrch rany ani švov. Použitie krycích je hypoalergénne. Po odstránení nezanecháva na koži pacienta žiadne stopy. Kryt sa tvarovo prispôsobí ťažko prístupným častiam tela. Neobmedzuje pohyb pacienta.

INDIKÁCIE
Fixopore S sa používa na pooperačné rany a iné drobné rany, ktoré majú minimálne riziko infekcie. Je vhodný na rany, ktoré vyvolajú malé alebo stredné mechanické sily.

SPÔSOB POUŽITIA
1. Zvoľte správnu veľkosť nápasti, t.j. vyberte takú nápasť, ktorej absorpčná jadro úplne pokryje ranu a samotnejší okraje budú priliehať ku zdravej pokožke. Vzhľadom na konštrukciu nápasti sa neodporúča ju orezávať.
2. Pred priliepením nápasti ranu vyčistite a osušte okolitú pokožku. K tomuto účelu sa použije prostriedok, ktorý určí lekár.
3. Vyberte nápasť z obalu, odstráňte ochranný papier a priložte ju centrálne na ranu, vyčistite priľnavú plochu. Kryt pri umiestnení na ranu nenapínajte.
4. Pokiaľ je to potrebné na zníženie exsudácie použite absorpčné jadro nápasti.
5. Nápasť použite ihneď po otvorení obalu.
6. Ak weist medizinisch nas, nápasť by na místě mělo být nejméně jednou za 48 hodin. Častejšie zmeny môžu byť potrebné v prípade chýbajúcej vstrebávacej absorpčnej kapacity, ulpení alebo narušení krytí.
7. Tak ako pri všetkých produktoch obsahujúcich lepidlo je treba postupovať výnimočne jemne pri jej odstraňovaní kožou s citlivou pokožkou.
8. V prípade začervenania, podráždenia alebo iných znakov precitlivenosti ihneď prestaňte používanie a konzultujte lekára.

KONTRAINDIKÁCIE:
1. Lenta vonkajšie použitie, nepoužívajte v blízkych ústnych.
2. Nepoužívajte u pacientov so zvýšenou precitlivenosťou pôsobí na niektorú zložku krytí: polyester, viskózová netkaná, polyvlákno alebo lepidlo.
3. Informácie o prítomnom latexu – v prípade krytí o rozmeroch 5 x 7,2cm a 6,5 x 9,5cm, je také obsažen v jednotlivom balení (sáčku), u ostatních veľkostje krytí (a/or balení bez obalu) u části (môžu obsahovať stopové množstvá).
4. Určí do 3 let použít nad zvláštní kontrolou.

Jednorazový výrobok. Sterilný. Sterilizovaný žiarením. Opakované používanie je nežiaduce – je spojené s veľmi vysokým rizikom infekcie pacienta. Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti. Znovu nesterilizovať. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte mimo zdroje tepla, v podmienkach zaisťujúcich ochranu pred mechanickým poškodením a chemickým znečistením.

Nasledný overenie: 01.2022

RO

Fixopore S
Tansament steril cu bază adezivă cu nețesut

Fixopore S
Pansament steril cu fibre cu un strat absorbant cu destinație oftalmologică

DESCRIERE
Fixopore S este un pansament steril cu aderență redusă pe suprafața rănii, recomandat pentru rănile postoperatorii.
Pansamentul este format din:
1. tampon absorbant închis într-un film micro-perforat de polietilenă,
2. bază elastică din nețesut cu adeziv,
3. hârtie de protecție.

ACȚIUNE
Pansamentul cu absorbția și pierderea secrețiilor. Tamponul absorbant nu se lipește de suprafața rănii sau de cusături. Aderența este hipoalergenică și nu sesă rezidui pe pielea pacientului, după îndepărtarea. Pansamentul se adaptează și pe zonele greu accesibile și nu constrânge mișcările pacientului.

INDICAȚII
Fixopore S este utilizat pentru protejarea rănilor postoperatorii, a rănilor ușoare, tăieturilor sau zgârieturilor, când riscul de infecție este minim. Pansamentul este recomandat pentru rănile cu exudat redus sau moderat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Alegeți dimensiunea unui pansament cu absorbție corespunzătoare, astfel încât tamponul absorbant să acopere în întregime rana, iar marginile adezive să adere pe pielea sănătoasă. Datorită structurii, nu se recomandă tăierea pansamentului.
2. Înainte aplicării pansamentului, curățați rana cu soluția recomandată de medic (ser fiziologic) pentru a îndepărta exudatul.
3. Scoateți produsul din ambalaj, îndepărtați hârtia de protecție și poziționați pansamentul central pe rană, apoi fixați ușor partea adezivă. Nu întindeți pansamentul în timpul aplicării.
4. Nu stângeți tamponul absorbant în timpul aplicării pansamentului.
5. Aplicați pansamentul imediat după deschiderea ambalajului.
6. Dacă medicul nu recomandă altfel, schimbați pansamentul la fiecare 48 de ore. Este posibil să fie necesară o schimbare mai frecventă, dacă pansamentul este plin, costumul nu asumați.
7. În cazul pacienților cu pielea sensibilă, aplicați și îndepărtați cu delicatețe pentru a evita iritațiile.
8. În cazurile de piele foarte, trebuie să fie atent semne de hipersensibilitate, întrerupeți imediat și consultați medicul.

CONTRAINDICAȚII
1. Doar pentru uz extern, a nu se utiliza în cazul rănilor cavitare.
2. A nu se utiliza în cazul pacienților cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele pansamentului: poliester, vâscoză polipropilenică, polietilenă sau adeziv.
3. Informații despre latexul din cauciuc natural – În cazul pansamentului de 5 x 7,2cm și 6,5 x 9,5cm, latexul este inclus în ambalajele individuale (pliante); altfel, latexul poate fi prezent în mici cantități (pot fi prezente).
4. A se utiliza cu atenție deosebită în cazul copiilor mici și celor de bătrâni.

Produs de unică folosință. Steril. Sterilizat prin radiații. Utilizarea repetată a produsului este nedorită – este asociată cu un risc foarte mare de apariție a infecției la pacient. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat. A nu se utiliza după data de expirare. Nu resterilizați produsul. Protejați împotriva umezelii. Protejați de razele soarelui. Păstrați pansamentul în locuri fără de căldură și în condiții de protecție împotriva deteriorării mecanice și a contaminării chimice.

Data ultimei verificări: 01.2022

LT

Fixopore S
Sterilus neaustinės medžiagos pleistras su tvarsčiu

Fixopore S
Neaustinės medžiagos sterilus tvarstis su sugeriančiu sluoksniu (ovalo formos)

APRAŠYMAS
Fixopore S yra sterilus absorbuojantis tvarstis, mažai impantis prie žaizdos paviršiaus, skirtas pooperacinių odos sužalojimų priežiūrai.
Tvarstį sudaro:
1. Absorbuojantį pagalvėlė, padengta polietilenine plėvele su mikro skylutėmis,
2. Lipnia elastine poliesterio juostele, padengta klijais.
3. Apsauginis popierius.

POVEIKIS
Tvarstis siekias žaizdos, absorbuoja ir sugeria išskyrimi. Paviršinis, su žaizda kontaktuojantis sluoksnis, nėmpa prie žaizdos paviršiaus ir siūlų. Į tvarsčio sudėtį įeinantys klijai nesukelia alergijos. Jie nepalieka likučių ant paciento kūno, nukrinta tvarstį. Tvarstį lengva pritaikyti net sunkiai pasiekiamose kūno vietose. Jis neapriboja ir nevaržo paciento judesių.

INDIKACIJOS
Fixopore S yra naudojamas pooperacinių žaizdų ar kitų nedidelių žaizdų, įgijnėtų paklinų ir nubrozdinimų priežiūrai, kai infekcijos rizika yra minimali. Jis yra tinkamas naudoti mažai ir vidutiniškai šiai pusiausvirą žalojų priežiūrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1. Pasirinkite tinkamą tvarsčio dydį, t.y. tokį tvarstį, kuris absorbuojantį pagalvėlė visiškai uždengia žaizdą, o lipnūs kraštai priimpa prie sveikos odos. Dėl tvarsčio sandaros, nerekomenduojama jo karpyti.
2. Prieš tvarstydami žaizdą, nuvalykite ją ir aplink esančią odą. Žaizdos valymui naudokite priemonę, rekomenduotą gydytojo.
3. Išimkite tvarstį iš pakuotės, nuimkite apsauginį popierių ir uždėkite tvarstį ant žaizdos taip, kad vidurinė jo dalis būtų tiksliai virš žaizdos centrinė dalimi. Lipnieji klijai nėra lipnūs kraštai (t.y. neteptelėja tarsčio, dėdami į ant žaizdos.
4. Dėdami tvarstį, neišeikite jo absorbuojančio sluoksnio pagalvėlės.
5. Tvarstį dėkite ant žaizdos iš karto po to, kai atidarote pakuotę.
6. Kaskilus tvarsčiui kas 48 valandas, nebent gydytojas rekomenduoją kitaip. Tvarsčius galima iš naujo dažniau, jeigu į tvarsčiu pasirodo pūlio, užsiteršia arba perlėkpa.
7. Kaip ir visų kitų klijų turinčių produktų atveju, atsiklės kvarčius dėlk ir nuimti atsargiai ir lėtnėtai, ypač jeigu pacientas turi jautrią odą.
8. Jeigu oda paraudo, sudirgsta arba atsiranda kitokių paciento jautrumo reakcijos požymių, tuojau pat nustokite naudoti tvarsčius ir pasitarkite su savo gydytoju.

KONTRAINDIKACIJOS
1. Tikai ārējai lietošanai, nelzmantot tuvmanya dobumos.
2. Nenaudokite tvarsčių žaizdoms pacientų, kuriu jautumas yra padidėjęs bet kurie iš tvarsčio sudedamųjų dalių: poliesterio, vilnonės polipropilenės, polietileno ar klijams.
3. Informacija per dalį gal kaučiuka lateksu – – gaidjumis, ja jas ir 5 x 7,2cm ja 6,5 x 9,5cm lieb pirmąjį, lateksu šie lentinėdėlis ind vidutinės lapelių mus (pakuotės); atitiks pirmąja un ilnoje una dalis reaktur lateksu (-i exsdjamas dalinesis).
4. Īpaši piesardzīgi lietot maziem bērniem (līdz 3 gadiem).

Izstrādājums paredzēts vienreizējai lietošanai. Sterils. Sterilizēts ar radiācijas metodi. Izstrādājuma atkārtota lietošana nav ieteicama, jo ir saistīta ar šo lietu pacienta infekcijas risku. Kā arī to nedrīkst lietot, ja iepakojuma ir bojāts un ja tam ir beidzies derīguma termiņš. Nesterilizēt atkārtoti. Sargāt no mitruma. Sargāt no saules gaismas. Glabāt tiku no situma avotiem, pasargāt no mehāniskiem sojājumiem un ķīmiskas piesārņojuma.

Pēdējās verifikācijas datums: 01.2022

LV

Fixopore S
Neaustuma materiāla pārsēja ar uzsūcošu spilvenīnu, sterila

Fixopore S
Acs pārsēja no neaustuma materiāla ar uzsūcošu spilvenīnu, sterila

RAKSTUROJUMS
Fixopore S ir pašlīpošs sterils pēcoperācijas apsēja ar zemu adhēziju brūces virsmai.
Apsēja sastāv no:
1. absorbējoša spilvenīša no polietilēna plēvē plēkšņiem caurumiņiem,
2. elastiskā poliestera neaustā sintētiskā materiāla ar līmējošu slāni,
3. aizsargpapīra.

IEDARBĪBA
Apsēja uzsūc un aiztur sekrēciju. Brūcei piegulošā gluda kārta nepieķēp pie brūces vai šuvju virsmas. Līmes / hipoalergēna, nesatur pēcos uz pacienta ķermeņa līmes atlikšu pēc apsēja nonemšanas. Apsēja labi piegul arī grūti pieejamās ķermeņa daļās. Neierobežo pacienta kustības.

INDIKĀCIJAS
Apsēja Fixopore S paredzēta pēcoperācijas brūču, kā arī cītu mazāku brūču, griezumu un nobrāzumu pārsēšanai, kad pastāv minimāls infekcijas risks. Ir piemērota brūcēm ar nelielu vai vidēju eksudāta daudzumu.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
1. Jāizvēlas piemērota izmēra apsēja – tāda, kuru uzsūcošais ieliktnis pilnīgi aizsedz brūci un apšļīmējošās malas pieguļ veselai ādai. Nemot vērā apsēja uzbūvi, nav ieteicama tā griešana pa daļām.
2. Pirms apsēja līmošanas jāattīra brūce un ļāmsusina tai apkārt esošā āda. Brūces attīrīšanai jāizmanto ārsta norādītie preparāti.
3. Apsēju jāizņem no iesaiņojuma, jānoņem aizsargpapīrs, apsēja jāuzvieto uz brūces tā, lai brūce atrastos apsēja centrā, un jāpiegulina līmējošā virsma. Apsēju līmējot nav nepieciešama tā izstiepi.
4. Apsēja ir iespējams lietot arī kā piesārņotas un sāpīgas brūces sekundārā pārsēja.
5. Pēc ārējā iepakojuma kārtas plēves noņemšanas apsēju var lietot.
6. Ja ārsts nav norādījis savādāk, apsēja jāmaina vismaz reizi 48 stundās. Biežāka apsēja nomaiņa var būt nepieciešama, ja tas pārāk drīz ir piesātinājies ar eksudātu, kļuvis netīrs vai slapjš.
7. Tāpat kā visas ārstniecības izstrādājumu, apsēju / pleti uzmanīgi jāīkusi un jānoņem pacientiem ar jūtamu jutīgu ādu.
8. Ja āda kļūst sārta, tiek konstatēta vai parādās citi pārmērīgas jūtības simptomi, apsēja lietošanu nekavējoties jāpārtrauc un jākonsultē ārsts.

KONTRINDIKĀCIJAS
1. Tikai ārējai lietošanai, nelzmantot tuvmanya dobumos.
2. Materiālā pacientiem, kam apšļimējošais audiņa pēc kāda no apsēja sastāvdaļām: poliesteru, viskozes un polipropilēna neaustā materiāla, pofiol lēmu vielām.
3. Informācija par dabīgā kaučuka lateksu – – gadījumā, ja ais ir 5 x 7,2cm ja 6,5 x 9,5cm lieb pirmajā, lateksu šie iestrādāts ind vidutinās lapelių mus (pakuotės); atitiks pirmąja un ilnoje una dalis reaktur lateksu (-i exsdjamas dalinesis).
4. Īpaši piesardzīgi lietot maziem bērniem (līdz 3 gadiem).

Izstrādājums paredzēts vienreizējai lietošanai. Sterils. Sterilizēts ar radiācijas metodi, izstrādājuma atkārtota lietošana nav ieteicama, jo ir saistīta ar šo lietu pacienta infekcijas risku. Kā arī to nedrīkst lietot, ja iepakojuma ir bojāts un ja tam ir beidzies derīguma termiņš. Nesterilizēt atkārtoti. Sargāt no mitruma. Sargāt no saules gaismas. Glabāt tiku no situma avotiem, pasargāt no mehāniskiem sojājumiem un ķīmiskas piesārņojuma.

Pēdējās verifikācijas datums: 01.2022

EE

Fixopore S
Mittekootud kangast ja imava sidemega steriilne haavaplaaster

Fixopore S
Osaline mittekootud kangast ja imava sidemega steriilne haavaplaaster

KIRJELDUS
Fixopore S on steriilne imav operatsioonijärgne „saare mood" plaaster, mis hoiab haava pinnega nõrgid.
Plaaster koosneb:
1. imavast sidemest, mis on kaetud mikroperforeeritud polüetüleenkilega,
2. elastsest polüesterkiust mittekootud materjalist ardil liimiga,
3. kaitsepaberist.

TOIMIMINE
Haavaplaaster imab ja hoiab haavaeritisemist endas sees. Haavaga kokkupuutuv kihi ei kleepu haava ega õmblustes pinna külge. Kaustatud liim on hüpoallergeenne. See ei jäta pärast plaasti eemaldamist patsiendi kehale mingeid jälgi. Plaaster kohandub keeruliselt ligipääsetavatele kehaosadega. See ei hämi patsiendi liikumist.

NÄIDUSTUSED
Fixopore S kasutatakse operatsioonijärgsete haavade ja väiksemate haavade, sisselõigete ning marrastuste raviks, kui nakkusohi on minimaalne. Sobib vähese ja mõõduka seerveedi ertsevaga haavadele.

KASUTAMINE
1. Valida sobiva suurusega plaaster, st. selline plaaster, mille imav side katab täielikult haava ja kleepuvad servad ümbritsevat terve nahakihte. Ehituse tõttu ei soovitata plaasti lõigata.
2. Enne plaasti paigaldamist puhastada haav ja kuivatada ümbritsev nahk. Haava puhastamiseks kasutada arsti soovitatud vahendit.
3. Võta plaaster pakendist välja, eemaldada kaitsepaber ja asetada plaaster haava keskele, et side oleks haavast otse üle. Plaasti ei tohi haavale paigaldamisel venitada.
4. Plaasti paigaldamisel ärge vajutage sidemele, mis on imav.
5. Plaaster tuleb paigaldada kohe pärast pakendi avamist.
6. Kui arst pole teisiti soovitanud, tuleb plaasti vahetada iga 48 tunni järel. Kui plaaster on ligasti täitunud, saastunud või mõnest saanud, tuleb seda võib-olla sagedamini vahetada.
7. Tõpe kõik ilma ilmnemise ja eemaldamise ajal ettevaatlikult ja aeglaselt, eriti kui patsiendil on tundlik nahk.
8. Punetuse, ärrituse või muude ülitundlikkuse ilmingute tekkimisel tuleb plaasti kasutamine kohe lõpetada ja pidada nõu arstiga.

VASTUNÄIDUSTUSED
1. Ainult väliskasutuseks kasutamiseks, mitte kasutada kehaõõnsustes.
2. Mitte kasutada patsientidel, kellel on kõrgenenud tundlikkus mõne plaasti koosseisus sisaldava komponendi suhtes: polüester, viskoos-polüpropeen, polüetüleen või liim.
3. Teave looduslikku kautšuki sisaldava lateksi kohta – 5 x 7,2cm ja 6,5 x 9,5cm plaastrite on lateksi (allergeenne) (sisaldab); (Jäljäänud suurosa on nii plaastrid kui nende pakendid (allergeenne) (sisaldab); (sisaldab) (allergeenne) (sisaldab).
4. Ühe 3-aastaselt lapsel ole kasutamisel väga ettevaatlik.

Ühekordne toode. Steriline. Steriliseeritud kiirtsaega. Toote korduvkasutamine on patsiendi suure nakkusohu tõttu keelatud. Mitte kasutada, kui pakend on kahjustanud. Mitte kasutada aegunud kõlblikkuse lõppemise. Mitte steriliseerida uuesti. Kaitsta niiskuse eest. Kaitsta päikesevalguse eest. Hoida eemal soojusallikatest, mehaanilise kahjustuse ja keemilise reostuse eest kaitstud kohas.

Viimase kontrollimise kuupäev: 01.2022

RU

Fixopore S
Тканевая стерильная на нетканого материала с впитывающей прокладкой

Fixopore S
Тканевая стерильная из нетканого материала с впитывающей прокладкой (овальная)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Fixopore S - это впитывающая, стерильная, послеоперационная повязка с низким уровнем прилипаемости к поверхности раны.
Повязка состоит из:
1. впитывающей прокладки покрытой микроперфорированной полиэтиленовой пленкой,
2. эластичного полиэстерного тканого материала с клеевым слоем,
3. защитной бумаги.

ДЕЙСТВИЕ
Повязка впитывает и удерживает выделяемое. Гладкий слой, прилегающий к ране не прилипает к поверхности раны или швам. Клей является гипоаллергенным. Клей не оставляет следов на теле пациента после удаления повязки. Повязка хорошо приклеивает даже в труднодоступных частях тела. Не ограничивает движений пациента.

ПОКАЗАНИЯ
Повязка Fixopore S служит для перевязки послеоперационных ран и других мелких ран, порезов и потертостей, в случае которых существует минимальный риск заражения. Подходит для ран с небольшим или средним количеством отделяемого.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Выбрать соответствующий размер повязки, то есть выбрать такую повязку, впитывающая прокладка которой полностью закрывает рану и самоклеящиеся края прилегают к здоровой коже. Принимая во внимание строение повязки, не рекомендуется ее разрезать.
2. Перед фиксацией повязки следует очистить рану и высушить кожу вокруг нее. Для очищения от раны следует использовать препарат, который назначил врач.
3. Следует извлечь повязку из упаковки, удалить защитную бумагу, разместить повязку центрально на ране и разгладить клеящую поверхность. Не следует натягивать повязку во время фиксации.
4. На следует дополнительно до впитывающей прокладки во время фиксации повязки.
5. Следует зафиксировать повязку непосредственно после вскрытия упаковки.
6. Если врач не назначил иначе, повязку следует менять как минимум один раз на 48 часов. Более частая смена повязки может требоваться в случае проведения немедленного насыщения выделениями, загрязнения или намокания повязки.
7. Как и в случае всех изделий, содержащих клей, следует особенно осторожно фиксировать и удалять повязку с кожи пациентов с особенно чувствительной кожей.
8. В случае покраснения, раздражения или других симптомов чрезмерной чувствительности следует немедленно прекратить использование и проконсультироваться с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Только для внешнего применения, не использовать в полостях тела.
2. Не использовать у пациентов с подтвержденной чувствительностью на какой-либо составляющий элемент повязки: полиэстер, вискозно-полипропиленовый материал, полиэтиленовый пленки, пластилизатор клей.
3. Информация о наличии латекса – в повязках размером 5 х 7,2см и 6,5 х 9,5см (входит в состав адгезивной упаковки) (может содержаться в следовых количествах).
4. Использовать с особой осторожностью у детей до 3-х лет.

Изделие одноразового использования. Стерильно. Стерилизовано радиационным методом. Не допускается повторное использование изделия – связано с очень большим риском заражения пациента. Не использовать при повреждении упаковки. Не использовать после истечения срока годности. Не стерилизовать повторно. Беречь от воздействия влажности. Беречь от воздействия солнечного света. Хранить вдали от источников тепла, в условиях, защищающих от механического повреждения и химического загрязнения.

Дата последней верификации: 01.2022

PL

Fixopore S
Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy

Fixopore S
Opatrunek włókninowy owalny z wkładem chłonnym, jałowy

OPIS
Fixopore S jest chłonnym, jałowym, pooperacyjnym opatrunkiem „wysepnym" o niskim stopniu przylegania do powierzchni rany.
Opatrunek składa się z:
1. włókna chłonnego pokrytego nadmikroperforowaną folią polietylenową,
2. elastycznego poliestrowego włókna przylepnego klejem,
3. papieru ochronnego.

DZIAŁANIE
Opatrunek chłonie i utrzymuje wydzieliny. Warstwa przylegająca do rany jest gładka i nie przylega się do powierzchni rany czy szwu. Użyty klej jest hypoalergiczny, nie pozostawia śladów na ciele pacjenta po usunięciu opatrunku. Opatrunek dopasowuje się nawet do trudno dostępnych części ciała. Nie ograniczai ruchów pacjenta.

WSKAZANIA
Opatrunek Fixopore S służy do opatrywania ran pooperacyjnych oraz innych niniejszych ran, skaleczeń i otarć, w przypadku których istnieje minimalne ryzyko zakażenia. Jest odpowiedni do ran wydzielających małe lub umiarkowane ilości wysięku.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Wybrać odpowiedni rozmiar opatrunku, czyli wybrać taki opatrunek, którego wkład chłonny w całości pokrywa ranę, a samoprzylepne krawędzie będą przylegać do zdrowej skóry. Ze względu na budowę opatrunku nie zaleca się jego cięcia.
2. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić ranę i otaczającą skórę. Do oczyszczania rany użyć środka wskazanego przez lekarza.
3. Wyjąć opatrunek z opakowania, usunąć papier ochronny i założyć go centralnie na ranę, wygładzić powierzchnię przylepną. Nie należy naprinać opatrunku podczas zakładania.
4. Na nakłady dotykać wkładu chłonnego podczas aplikacji opatrunku.
5. Opatrunek należy założyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.
6. Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, to opatrunek należy zmieniać przynajmniej raz na 48h. Częstsze zmiany mogą być wymagane w przypadku wczesniejszego nasycenia, zabrudzenia czy zamoczenia opatrunku.
7. Jak w przypadku wszystkich produktów zawierających klej, należy szczególnie delikatnie postępować przy ich aplikowaniu i zdejmowaniu u pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze.
8. W przypadku zaczerwienienia, podrażnienia lub innych oznak nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Tylko do użytku zewnętrznego, nie stosować wjamach ciała.
2. Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością alergy na którykolwiek ze składników osłonnictwa: poliester, wiskozowy włókninowo-polipropylenowy, polietylen czy kleju.
3. Informacja o lateksie kauczuku naturalnego – w przypadku opatrunku o rozmiarze 5 x 7,2cm i 6,5 x 9,5cm lateks wchodzi w skład opakowania jednostkowego (saszetki), dla reszty rozmiarów zależnie opatrunki, jak i ich opakowania nie zawierają lateksu w swoim składzie (możliwe śladowe ilości).
4. Stosować pod szczególną kontrolą u dzieci poniżej 3 roku życia.

Wyrób jednorazowego użytku. Jałowy. Sterylizowany radiacyjnie. Powtórne użycie wyrobu jest niedopuszczalne – wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zakażenia pacjenta. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie używać po upływie terminu ważności. Nie sterylizować ponownie. Chronić przed wilgocią. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym zanieczyszczeniem chemicznym.

Data ostatniej weryfikacji: 01.2022

EN Fixopore S is available in the following sizes:
DE Fixopore S ist in folgenden Größen erhältlich:
FR Fixopore S est disponible en les tailles suivantes:
IT Fixopore S è disponibile in dimensioni seguenti:
NL Fixopore S is verkrijgbaar in de maten
PT Fixopore S está disponível nos seguintes tamanhos:
ES Fixopore S está disponible en las siguientes dimensiones:
HU A Fixopore S a következő méretekben kapható:
CZ Fixopore S je dostupný v následujících rozměrech:
SK Fixopore S je dostupný v nasledujúcich rozmeroch:
RO Fixopore S este accesibil în următoarele mărimi:
LT Fixopore S yra siūlomi
LV Fixopore S ir sekojošā izmērā:
EE Fixopore S on saadaval järgmistes suurustes:
RU Fixopore S предлагается в следующих размерах:
PL Fixopore S jest dostępny w następujących rozmiarach

5 cm x 7,2 cm
8 cm x 15 cm
10 cm x 6 cm
10 cm x 8 cm
10 cm x 20 cm
10 cm x 25 cm
10 cm x 30 cm
10 cm x 35 cm
6,5 cm x 9,5 cm

DE TZMO Deutschland GmbH, Wallstraße 2, 10589 Berlin/Tel
CH CH-EDP & CH-Importeur: TZMO Schweiz GmbH, Grabenackerstrasse 27, CH-8156 Oberhasli
AT TZMO Austria GmbH, Wiener Neustraße 111/3a, 1100 Wien
DK TZMO Denmark ApS, Frederiksalleg 151, 2820 Vnum
NL TZMO Benelux BV, Hanzelaan 44, 1222 AR Hilversum/Amsterdam
BE TZMO Benelux BV, Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles/Brussels
US TZMO USA, Inc., 1627 Powers Ferry Road, Building 5, Atlanta, GA 30339
HU TZMO Hungary Kft., 8084 Egerszalók, Külső sor ú 2
RO TZMO Romania S.R.L., Șos. Ia ventură nr. 3C, Jud. Ilfov, cod 077060
SK TZMO Slovakia s.r.o., Dunajská cesta 29, 903 01 Senec
CZ Distributor: TZMO Czech Republic s.r.o., Nádražní 21/997, 150 00 Praha 5
LV SIA TZMO Latvija, Ranka iela 15, LV-1005, Rīga
LT UAB TZMO Lietuva, Ateities pr. 71-B, LT-08248, Kaunas, Nemukarna kēja 9, 800 03226
UA Виробник: АТ "Торуньське заводи медичних матеріалів С.А.", вул. Яуровського, 20/26, 87-100 Торунь, Польща. Уповноважений представник ТОВ "Бренд-Трейд", вул. ім. Адама Мицкевича, буд. 19-А, м. Харківь, Київська обл., 07543
RU Производитель: АО "Торуньский завод перевязочных материалов"(АО "TZMO"), Польша, TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SA (TZMO SA),ul. 1-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, Polska. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "НАТИВА Восток", 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Почтовая/переул. д. 1
KZ Производитель: АО "Торуньский завод перевязочных материалов" (АО "TZMO"), ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Polska / Польша. Уполномоченный представитель производителя в РК: ТОО "ТЕХСЕРВИС ТОРГ-ИНВЕСТ", ул. Аметова 78/200, уч.нов. Тобольская, 32
UY Importa: NGA S.R.L.; MSP Nº 1434, Magallanes 1888, Montevideo CP 11800. Registro: N°Reg. MSP: 34859

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Polska / Poland / Польша

made in EU

TZMO SA
tzmo-global.com
mstopal-global.com

CE 2274